

Satisfait(e) de votre acquisition ?

Alors, vous le serez également avec :

les alimentations de laboratoire variables



AL 936N : 200Watts
2 x 0 à 30V & 0 à 3A
série, parallèle,
tracking



ALR3002M : 120Watts
0-5,6,12 ou 30V
0-25mA, 250mA, ou 2.5A =
et 6, 12 ou 24V ~

les alimentations fixes



ALF2902M : 60 Watts
5 - 29 Volts aj. réglage fin
et chargeur plomb

les accessoires



LED2472 : 2000 points
calibres à préciser

les générateurs de fonctions PROTEGES

les boîtes à décades

Pour plus de détails, visitez notre site : www.elc.fr

Satisfied with your acquisition ?

So, you will also be satisfied with :

fixed or adjustable laboratory power supplies



AL 936N : 200Watts
2 x 0 to 30V
and 0 to 3A
series, parallel, tracking



ALR3002M : 120Watts
0-5,6,12 or 30V
0-25mA, 250mA, or 2.5A =
and 6, 12 or 24V ~

fixed power supplies



ALF2902M : 60 Watts
5 - 29 Volts adjustable
and battery charger

accessories



LED2472 : 2000 points
ranges to be precised

PROTECTED Functions Generator

Decades boxes

For more details, visit our web site : www.elc.fr

NOTICE D'INSTRUCTIONS DE L'ALIMENTATION ALF1205

1. RENSEIGNEMENTS PRELIMINAIRES

Constructeur : **elc** 59, avenue des Romains 74000 ANNECY
Téléphone : +33 (0)4 50 57 30 46 Télécopie : +33 (0)4 50 57 45 19
Instrument : ALIMENTATION STABILISEE
Marque : **elc**
Type : ALF1205

2. DESCRIPTION

Vous venez d'acquérir l'alimentation type ALF1205, nous vous remercions et vous félicitons de votre choix.

Cet appareil électronique a été construit conformément à la norme européenne **EN 61010-1**. Le présent manuel d'instructions contient des textes d'information et d'avertissement qui doivent être respectés par l'utilisateur, pour assurer un fonctionnement sûr et pour maintenir l'appareil en bon état.
Cet appareil est destiné à un usage professionnel, industriel ou éducatif.

2-2 Vue d'ensemble

Embase et interrupteur secteur

Ajustage de la tension

Voyant Status: Défaut

Voyant ON: présence tension

Douilles de sortie ("+" ; "-")



2-3 Caractéristiques techniques

Les caractéristiques de l'appareil sont données aux bornes de l'alimentation à 23°C.

• Tension de sortie

Réglage : ajustable de 10 à 15V par potentiomètre.
Régulation : < 15 mV pour une variation de charge de 0 à 100%.
< 2 mV pour une variation secteur de ±10%
Ondulation : < 3 mV efficace comprenant :
< 3 mV crête à crête du signal à 100KHz
< 5 mV crête à crête du signal à 100Hz
< 15 mV crête à crête des pics de commutations
Régul. dynamique : < 1% pour une variation de charge de 10 à 90%.
Rendement : > 83% à puissance maxi (60W en sortie).

• Courant de sortie

I max : 5 A de 10 à 12 V
4 A à 15 V
Court-circuit : 5,5 A

ALF1205 POWER SUPPLY INSTRUCTIONS MANUAL

1. PRELIMINARY INFORMATIONS

Manufacturer : **elc** 59, avenue des Romains 74000 Annecy FRANCE
Phone : +33 (0)4 50 57 30 46 Fax : +33 (0)4 50 57 45 19
Instrument : REGULATED SWITCHING POWER SUPPLY
Brand : **elc**
Type : ALF1205

2. DESCRIPTION

2-1 Overview

You have just purchased the ALF1205 elc power supply. We thank you and congratulate you for your good choice.

This device was manufactured in accordance with European standard **EN 61010-1**. This instructions manual contains informations and warnings the buyer must comply with in order to ensure safe and sustained operation.

It is intended for professional, industrial or educational uses.

2-2 Overall view

Switch ON / OFF
EEC socket

Voltage fine
adjustment

Status Indicator:
fault

ON Indicator:
voltage presence

Output sockets
("+" ; "-")



2-3 Technical features at 23°C at the terminals of the power supply

• Output Voltage

Adjust : adjustable from 10 V to 15 V by potentiometer.
Charge regulation : < 15 mV for a load change from 0 to 100%
Main regulation : < 2 mV for a line change from -10 to +10%
Total ripple : < 3 mV rms
Low freq. ripple : < 3 mV peak to peak
Switching freq. ripple : < 5 mV peak to peak (with bandwidth 20 MHz).
Switching peak : < 15 mV peak to peak (with bandwidth 20 MHz).
Dynamic regulation : < 1% for a load change from 10 to 90%.
Efficiency : > 83% for maximum power (60 W in output).

• Output current

Max I : 5 A on 10 to 12 V
4 A on 15 V
Short-circuit : 5.5 A

• Visualisation


Led verte "ON", alimentation en fonctionnement
Led rouge "status", défaut température ou lcc

• Protections

Contre les courts-circuits par limitation de courant.
Contre les surintensités sur le circuit primaire, par fusible (T3.15A 250V).
Contre les échauffements excessifs par disjonction en température.

2.4 Autres Caractéristiques

Alimentation : 190 à 264 Volts, 50/60Hz
Consommation : 74 W maxi.
Classe d'isolation : II
Rigidité diélectri. : 3000 V entre entrée et sortie
Conditions : utilisation : + 5 °C à + 40 °C
d'environnement : stockage : -10 °C à + 50 °C
humidité : voir courbe (fig. 1)
Indice de protec. : IP 30
Norme Sécurité : EN 61010-1
Norme CEM : EN 61000-6-1 et EN 61000-6-3
Présentation : Boîtier polycarbonate avec sérigraphie.
Dimensions : h = 59 mm l = 106 mm
p = 95 mm (100 mm avec interrupteur)
Masse : 290 g
Entrée secteur : Embase 2 pôles type C8 pour cordon IEC320 C7.
Sortie continue : Douilles de sécurité 4mm.



2.5 Composition de l'ensemble

L'ALF1205 est livrée avec un cordon secteur 2 pôles double isolation et sa notice d'instructions.

3. MISE EN SERVICE

3-1 Prescriptions de sécurité

Afin de ne pas compromettre la sécurité de cet appareil, vous devez l'utiliser conformément aux instructions de ce document.

Conçu pour un usage intérieur, ne pas l'exposer à la pluie.

Pour une bonne convection naturelle, l'alimentation doit reposer sur ses 4 butées caoutchouc et toutes les grilles d'aération doivent être dégagées.

La prise du cordon secteur étant utilisée comme le dispositif de sectionnement, l'appareil doit être raccordé sur un socle de prise aisément accessible et proche. Aucune intervention n'est autorisée à l'intérieur de l'appareil.

3-2 Mise en service

Raccorder l'alimentation au réseau et mettre sous tension (interrupteur O/I). La LED verte (ON : présence tension) s'éclaire, votre appareil est en état de fonctionnement.

4. FONCTIONNEMENT

L'ALF1205 est une alimentation régulée, stabilisée et protégée.

- Choisir la tension de sortie à l'aide de l'ajustage de tension.
- Connecter l'alimentation sur le secteur, la led verte s'allume.
- Connecter la charge.

Si la puissance demandée est supérieure à celle que l'alimentation peut fournir, une

limitation en puissance s'active, la Led rouge s'éclaire.

Si la température interne devient excessive, une disjonction s'active et la Led rouge s'éclaire. Dès que la température interne est redevenue normale l'alimentation redémarre.

5. MAINTENANCE

Aucun entretien n'est à envisager pour cet appareil.

Eviter la poussière, l'humidité, les chocs, votre appareil vous en sera reconnaissant.

Si le témoin vert ne s'allume pas à la mise sous tension, vérifier :

- la présence de tension secteur
- le raccordement au réseau

6. SERVICE APRES VENTE

Cet appareil est garanti DEUX ANS pièces et main-d'oeuvre contre tous vices de fabrication, les frais de retour sont à la charge du client. Seuls les appareils retournés avec une facture d'achat datée pourront être couverts par la garantie. Toute intervention sur l'appareil par des personnes ou organismes non agréés, fait perdre le bénéfice de la garantie.

7. DECLARATION UE DE CONFORMITE

ELC

59 Avenue des Romains

74000 ANNECY

Tél. : +33 (0)4 50 57 30 46 Fax : +33 (0)4 50 5745 19

déclare que le produit

Nom : ALIMENTATION STABILISEE (DC power supply)

Type : ALF1205

est conforme aux exigences des Directives :

Basse Tension 2014/35/UE, Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE et RoHS 2011/65/UE.

Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées :

Sécurité : EN 61010-1:2010 + A1:2019

CEM : EN 61326-1:2021

Anecy le 21 septembre 2022

Henri Curri, gérant

ELC, OFFRE A SES CLIENTS DES SOLUTIONS DE RECYCLAGE

Adhérent
de l'éco-organisme ecosystem pour la collecte, la dépollution et le recyclage des équipements électriques professionnels.

Afin de remplir ses obligations, elc adhère à Ecosystem et finance la filière de collecte et de recyclage agréée pour les déchets électriques professionnels (DEEE Pro). Cet engagement volontaire de elc, permet à ses clients de bénéficier de solutions simples et gratuites pour assurer le recyclage de leurs alimentations électriques, module de secours, générateurs de fonctions et sondes oscilloscopes.

Ainsi, les clients de notre société peuvent se défaire gratuitement de leurs matériels EEE professionnels (désignés précédemment) usagés. Ils obtiennent, certifié à la clé, l'assurance d'un traitement rigoureux conforme à la réglementation. Il leur suffit de faire appel à Ecosystem qui leur indiquera la solution de collecte la plus adaptée à leur besoin. Pour connaître toutes les solutions de collecte : www.ecosystem.eco

If the internal temperature become excessive, a tripping is activated and the red LED lights. As soon as the internal temperature has returned to normal, the power supply restart.

5. MAINTENANCE

No particular maintenance is required for this instrument.

Avoid dust, moisture, shocks : your instrument will be grateful for that.

If the green indicator does not light up when switching on, check :

- The mains voltage
- The connection to mains.

6. AFTER SALES SERVICE

During TWO YEARS, spare parts and workmanship are guaranteed. This guarantee does not apply to instrument presenting defects or failures caused by an improper use. Return expenses are borne by the client. Only devices returned with a dated purchasing invoice can be recovered by the guarantee. Any intervention carried out by unauthorized persons or organizations, shall void the guarantee.

7. UE DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer : ELC

59 avenue des Romains 74000 Anecy FRANCE

declares the product

Name : REGULATED SWITCHING POWER SUPPLY (DC power supply)

Type : ALF1205

conformable to the requirements of the directives :

Low voltage 2014/35/UE, Electromagnetic Compatibility 2014/30/UE and RoHS 2011/65/UE.

The following harmonized standards have been applied :

Safety : EN 61010-1:2010 + A1:2019

EMC : EN 61326-1:2021

Anecy on September 21, 2022

H. CURRI Manager

• Visualisation


Green Led "ON" : power supply in operation
Red Led "Status" : temperature fault or lcc

• Protections

against short-circuit by current limiting.
against overcurrent by internal fuse (T3.15A 250V).
Against overheating by tripping temperature.

2.4 Other specifications

Input voltage : 190 to 264 Volts, 50/60Hz
Power In : Max 74 W.
Insulation class : II
Electric strenght : 3000 V between input and output
Environmental : of use : + 5 °C to + 40 °C
storage : -10 °C to + 50 °C
moisture : see diagram (Fig. 1)
Protection level : IP 30
Safety : EN 61010-1 standard.
EMC : EN 61000-6-1 and EN 61000-6-3
Presentation : Polycarbonate case with screen printing.
Dimensions : H = 59 mm L = 106 mm
D = 95 mm (100mm with switch)
Weight : 290 g
Input voltage : 2 pin socket C8 type for IEC320 C7 cord.
DC output : Safety 4 mm sockets



2.5 Accessories of the instrument

Your ALF1205 is delivered with one double insulation cord with 2 poles and its instructions manual.

3. INSTRUCTIONS FOR USE

3-1 Safety instructions

The instrument must be used according to the instructions of this manual.
Made to be used indoors, do not expose to the rain.

For a natural and correct cooling, the power supply must stand on its four rubber thrusts and all ventilations must be widely cleared.

The plug of the feeding cable being used as the switch off device, the instrument must be connected to a mains socket (230V 50/60Hz) easily accessible
No intervention is authorized inside the casing.

3-2 Use

Plug the power supply to the input voltage (O/I switch). The green LED (ON : voltage presence) lights up, your instrument is ready to work.

4. WORKING

ALF1205 is regulated, stabilised and protected power supply.

- Choose the output voltage thanks to the fine voltage adjustment.
- Connect the power supply on main, the green LED lights up.
- Connect the charge.

If required current is superior to the one that the ALF1205 can supply, a power limitation starts and the Red Led lights.

ELIMINATION OF MANUFACTURING WASTES BY THE PRIVATE USERS IN THE EU

This symbol written in the product or in its packaging indicates that this product must not be throw in the garbage with your other waste.

Its your responsibility to rid of your manufacturing wastes bringing it to a specialized sorting office for the recycling of electrical and electronic instruments.

Collection and recycling separated of your wastes will contribute to preserve natural resources and guarantee a recycling respectful of the Environment and human health.

For further information concerning the recycling center near your place of residence, contact your town hall, the elimination service of garbage heap or the store where you bought the instrument.